

# 長庚大學\_\_\_\_學年度研究室、實驗室（含工場）等作業場所環保暨安全衛生自主檢查表

編號	法定應辦理事項	法源	評核情形與執行現況	評核缺失及改善確認
一、設備及設施自動檢查				
1	離心機械應每年實施一次定期檢查。 ★機械安全類	職業安全衛生管理辦法第十八條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
2	離心機械應設置覆蓋及聯鎖裝置。 ★機械安全類	職業安全衛生設施規則第七十三條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
3	衝剪機械應每年實施一次定期檢查。 ★機械安全類	職業安全衛生管理辦法第二十六條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
4	衝剪機械應於每日作業前實施檢點。 ★設備安全類	職業安全衛生管理辦法第五十九條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
5	衝壓機械應設置安全裝置。 ★機械安全類	機械器具防護標準第九條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
6	乾燥設備及其附屬設備應每年實施一次定期檢查。 ★設備安全類	職業安全衛生管理辦法第二十七條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
7	乙炔熔接裝置應每年就損傷、變形、腐蝕及其性能實施一次定期檢查。 ★設備安全類	職業安全衛生管理辦法第二十八條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
8	乙炔熔接裝置及氣體集合熔接裝置之導管及管線、凸緣、旋塞、閥等皆何部分，應使用墊圈使接合面密接。	職業安全衛生設施規則第二一二條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善

	★設備安全類			
9	乙炔熔接裝置及氣體集合熔接裝置之導管及管線為防止氧氣背壓高、氧氣逆流及回火造成危險，應於主管及分歧管設置安全器，使每一吹管有兩個以上之安全器。 ★設備安全類	職業安全衛生設施規則第二一二條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
10	對於乙炔熔接裝置及氣體集合熔接裝置從室金屬之熔接、熔斷或加熱作業，應指派經特殊安全衛生教育、訓練合格人員操作。 ★安全教育訓練類	職業安全衛生設施規則第二一六條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
11	使用氧氣乙炔或其他高壓氣體裝置從事熔接、熔斷或加熱作業時應事前就其作業有關事項實施檢點。 ★設備安全類	職業安全衛生管理辦法第六十六條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
12	對於乙炔熔接裝置及氣體集合熔接裝置從室金屬之熔接、熔斷或加熱作業，應有專人督導有關操作安全事項。 ★安全管理類	職業安全衛生設施規則第二一七條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
13	高壓電氣設備(600V以上)應每六個月實施一次定期檢查。 ★電氣安全類	職業安全衛生管理辦法第三十條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
14	低壓電氣設備(600V以下)應每六個月實施一次定期檢查(如受、分電盤動作試驗、接地電阻及絕緣等)。 ★電氣安全類	職業安全衛生管理辦法第三十一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
15	第二種壓力容器應每年實施一次定期檢查(如空氣壓縮機)。 ★設備安全類	職業安全衛生管理辦法第三十五條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
16	第二種壓力容器應於初次使用前應實施一次重點檢查。 ★設備安全類	職業安全衛生管理辦法第四十五條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善

17	局部排氣裝置應每年實施一次定期檢查（如排煙櫃）。 ★設備安全及衛生類	職業安全衛生管理辦法第四十、四十一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
18	局部排氣裝置之空氣清淨裝置應每年實施一次定期檢查（如活性碳式吸附濾層）。 ★設備安全及衛生類	職業安全衛生管理辦法第四十條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
19	局部排氣或除塵裝置，於開始使用、拆卸、改裝、或修理時應實施一次重點檢查 ★設備安全及衛生類。	職業安全衛生管理辦法第四十一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善

※所有自動檢查項目須設置書面記錄備查。

編號	應辦理事項	法源	評核情形與執行現況	評核缺失及改善確認
二、安全衛生工作執行與管理				
20	『安全衛生工作守則』及『實驗室安全衛生管理作業準則』須公告週知並經勞工簽認實施。 ★工作守則類	職業安全衛生法第三十四條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
21	中央主管機關指定具有危險性之機械或設備須定期經代行檢查機構檢查合格並貼掛合格證方得使用（本校為第一種壓力容器）。 ★設備安全類	職業安全衛生法第八條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
22 (5S)	工作場所之通道、地板、階梯應保持-不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷之安全狀態，或採取必要之預防措施 (5S-整齊、清潔、整理、整頓及行為)	職業安全衛生設施規則第二十一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
	工作場所清潔維護-地面、角落及未使用中之實驗區域應維持乾淨、整齊，無雜物及妨礙通行之堆積物 (5S-整齊、清潔、整理、整頓及行為)	職業安全衛生設施規則第二十一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
	工作場所儀器、設備之清	職業安全衛生設施規則第二	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定	<input type="checkbox"/> 已改善

	<p><b>潔、整理與整頓</b>-儀器、設備保持清潔、乾淨並有定期維護紀錄，且放置有定位 (5S-整齊、清潔、整理、整頓及行為)</p>	十一條	<input type="checkbox"/> 無此項目或設備	
	<p><b>廢棄物處理</b>-廢棄物應以化學性、放射性、生物感染性、一般性分類與標示貯存，禁止混存並定期清理，垃圾桶四周乾淨、無溢滿及臭味 (5S-整齊、清潔、整理、整頓及行為)</p>	職業安全衛生設施規則第二十一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
23	<p><b>安全門及安全梯</b>於勞工工作期間不得上鎖，其通道不得堆置物品。 ★工作場所安全類</p>	職業安全衛生設施規則第二十七條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
24	<p><b>工作場所之人行通道寬度</b>不得小於一公尺。 ★工作場所安全類</p>	職業安全衛生法第三十一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
25	<p><b>工作場所之出入口、樓梯、通道、安全門、安全梯</b>等應設適當之採光或照明，必要時得設置緊急照明燈。 ★工作場所安全類</p>	職業安全衛生設施規則第三十條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
26	<p><b>緊急避難出口、通道或避難器具</b>應標示其目的且維持隨時能應用狀態，該出口、通道之門應為外開式。 ★工作場所安全類</p>	職業安全衛生設施規則第三十四條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善

27	<b>機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、傳動帶等有危害勞工之虞之部分，應設置護罩、護圍、套筒、跨橋等設備。</b> <b>★機械安全類</b>	職業安全衛生設施規則第四十三條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
28	<b>用動力運轉之機械，具有顯著危險者，應於適當位置設置有明顯標示之緊急制動裝置。</b> <b>★機械安全類</b>	職業安全衛生設施規則第四十五條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
29	<b>具有顯著危險之原動機或動力傳動裝置，應於適當位置設置有明顯標示之緊急制動裝置。</b> <b>★機械安全類</b>	職業安全衛生設施規則第四十八條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
30	<b>研磨機應設置安全護罩以防止危害。</b> <b>★機械安全類</b>	職業安全衛生設施規則第四十一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
31	<b>木材加工用圓盤鋸（設有自動輸送裝置之圓盤鋸除外），應設置鋸齒接觸預防裝置。</b> <b>★機械安全類</b>	機械器具防護標準第六十條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
32	<b>木材加工用帶鋸機鋸齒（鋸切所需之部分及鋸床除外）及帶輪，應設置護罩或護欄等設備。</b> <b>★機械安全類</b>	職業安全衛生設施規則第六十四條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
33	<b>射出成型機、鑄鋼造型機、打模機等，有危害勞工之虞者，應設置安全門，雙手操作式啟動裝置或其他安全裝置。</b>	職業安全衛生設施規則第八十二條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善

	★機械安全類			
34	高壓氣體設備(鋼瓶)應於每日使用前後實施檢點及每月實施一次定期檢查。 ★設備安全類	職業安全衛生管理辦法第三十三條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
35	高壓氣體容器(鋼瓶)應標示所裝氣體名稱、張貼禁止煙火警告標誌、加以固定並裝妥護蓋。 ★設備安全類	職業安全衛生設施規則第一〇六、一〇八條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
36	高壓氣體容器(鋼瓶)之儲存周圍二公尺內不得放置著火性、引火性物品。 ★設備安全類	職業安全衛生設施規則第一〇八條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
37	高壓氣體之儲存，盛裝容器和空容器應分開放置。 ★設備安全類	職業安全衛生設施規則第一〇八條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
38	壓力容器之壓力錶(如鋼瓶)應在刻度板上明顯標示最高及常用使用壓力。 ★設備安全類	鍋爐及壓力容器安全規則第三十條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
39	可燃性氣體、有毒性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。 ★設備安全及衛生類	職業安全衛生設施規則第一〇八條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
40	易引起火災及爆炸危險之場所(如儲存、使用引火性液體或爆炸性氣體)，不得設置有火花、電弧、或用高溫成為發火源之機械器具或設備等及標示嚴禁煙火及禁止無關人	職業安全衛生設施規則第七十三條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善

	<p>員進入，並規定非經安全檢查無虞不得使用明火。</p> <p>★工作場所安全類</p>			
41	<p>氣體裝置室之設置，應有於氣體洩漏時，不致使其洩漏之功能。</p> <p>★工作場所安全類</p>	職業安全衛生設施規則第二一一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
42	<p>氣體裝置室之設置；室頂天花板、牆壁應使用不燃材料建造且有相當強度。</p> <p>★工作場所安全類</p>	職業安全衛生設施規則第二一一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
43	<p>對於電器（氣）設備、機具之帶電部分，勞工於作業時有因接觸致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。</p> <p>★電氣安全類</p>	職業安全衛生設施規則第二四一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
44	<p>對於使用電壓超過一百五十伏特以上之移動式或攜帶式電動機具，或於<u>溼潤場所、鋼板、或鋼筋上等良導電場所使用移動式或攜帶式電動機具</u>及臨時用電設備，應於各該電路設置適合其規格之高敏感度之漏電斷路器。</p> <p>★電氣安全類</p>	職業安全衛生設施規則第二四三條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
45	<p>電焊作業使用之焊接柄，應具有相當之絕緣耐力及耐性。</p> <p>★電氣安全類</p>	職業安全衛生設施規則第二四五條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
46	<p>對勞工於作業中或通行時有接觸絕緣被覆或移動電線或電氣機具之虞者，應有防止絕緣被破壞、老化等致引起感電危害措施。</p> <p>★電氣安全類</p>	職業安全衛生設施規則第二四六條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善

47	不得於 <b>通路</b> 上使用 <b>臨時配線</b> 或 <b>移動電線</b> （若 <b>固定式機械、儀器、設備</b> 需使用 <b>延長線</b> 多 <b>孔插座</b> ，則必需使用 <b>合格品</b> 並 <b>評估其電流不可超過安全負荷</b> ）★ 電氣安全類	職業安全衛生設施規則第二五三條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
48	對於 <b>搬運處置銳利角物、凸出物、腐蝕性物質、毒性或劇毒性物質</b> 時，應置備適當之手套、圍裙、裹腿、安全鞋、安全帽、安全眼鏡、口罩等並使勞工使用。 ★作業安全及衛生類	職業安全衛生設施規則第二七八條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
49	對於 <b>熔礦爐、熔鐵爐、玻璃溶解爐</b> 或其他高溫操作場所，圍防止爆炸或高熱物飛出，除應有適當防護裝置及置備適當之防護具外，並使勞工確實使用。 ★作業安全類	職業安全衛生設施規則第二八五條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
50	對於勞工有 <b>曝露於高溫、低溫、非游離輻射線、生物病原體、有害氣體、蒸氣、粉塵或其他有害物之虞者</b> ，應設置安全衛生防護具，如安全面罩、防護口罩、防護面具、防護衣等適當之防護具，並使勞工確實使用。 ★作業安全及衛生類	職業安全衛生設施規則第二八七條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
51	對於勞工在 <b>作業中使用之物質</b> ，有因 <b>接觸而傷害皮膚、感染、或經由皮膚滲透吸收而發生中毒等之虞時</b> ，應置備不浸透性防護衣、防護手套、防護靴、防護鞋等 <b>適當防護具</b> ，或提供必要塗敷用防護膏，並使勞工使用。 ★作業衛生類	職業安全衛生設施規則第二八八條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善



52	<p>對於室內作業場所從事有機溶劑作業之必要注意事項，應公告全體有關之勞工週知，並應標示其為第一種、第二種、第三種有機溶劑且附知名稱。</p> <p>★作業衛生類</p>	有機溶劑中毒預防規則第十五、十八條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
53	<p>從事特定化學物質之搬運或儲存時，為防止該物質之洩漏、溢出，應使用堅固之容器以確實包裝、並於顯明之處標示該物質化學名稱及處置上應注意事項。</p> <p>★作業衛生類</p>	特定化學物質危害預防標準第三十三條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
54	<p>對從事製造或處置特定化學乙類、丙類或丁類物質時，應設置洗眼、沐浴、漱口、更衣及洗衣等設備。但丙類第一種物質或丁類物質之作業場所應設置緊急沖淋設備。</p> <p>★作業衛生類</p>	特定化學物質危害預防標準第三十六條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
55	<p>對從事特定化學物質等作業時，應於每一班次指定現場主管擔任特定化學物質作業管理員依規定從事監督作業。</p> <p>★衛生管理類</p>	特定化學物質危害預防標準第三十七條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
56	<p>處置使用危險物及化學物質等容器應依規定標示內容、置備物質安全資料表 MSDS 及檢附危害物通識計劃及使用清單備查(※含列管毒化物)。</p> <p>本項佔總分 15%</p> <p>★安全及衛生管理類</p>	特定化學物質危害預防標準第五、七、九、十二、十三、十七條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善

57	<p><b>可燃性氣體</b>（<b>氬及溴甲烷以外</b>）之<b>高壓氣體設備</b>或<b>冷煤設備</b>使用之<b>電氣設備</b>應依規定設置<b>防爆性能構造</b>。</p> <p>★設備安全類</p>	高壓氣體勞工安全規則第五十四條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
58	<p><b>一般液化石油氣</b>之消費，應於通風良好之處所為之，且其灌氣容器等之溫度應保持於攝氏四十度以下。</p> <p>★作業安全類</p>	高壓氣體勞工安全規則第一九〇條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
59	<p><b>一般液化石油氣</b>之儲存相關設備四周五公尺內嚴禁煙火、且不得放置危險物品。</p> <p>★工作場所安全類</p>	高壓氣體勞工安全規則第一九一、一六九條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
60	<p><b>一般液化石油氣</b>之消費設備應於<b>使用前</b>後作檢點。</p> <p>★作業安全類</p>	高壓氣體勞工安全規則第一九二、一七一條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
61	<p><b>粉塵作業</b>（如以熔融、切削、銲接、鋸裁、刨光、研磨、粉碎、加熱乾燥等產生粉狀、細狀物之加工場所）應每週實施一次檢點</p> <p>★作業安全及衛生類</p>	職業安全衛生管理辦法第六十四條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
62	作業場所人員是否熟悉 <b>事故應變程序及正確之滅火要領</b>		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善

63	工作場所應置備適當之急救藥品及器材。 ★健康管理類	勞工健康保護規則第十條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
64	化學藥品應依『實驗室化學藥品儲存要點』分類存放	本校實驗室化學藥品儲存要點	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
65	實驗室除進行研究、實驗必須之作業活動外，禁止作其他之用途(如禁止在實驗區內烹煮及飲食)		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
66	實驗室應張貼『本校研究、實驗場所災害緊急應變通報流程』公告版	本校研究、實驗場所災害緊急應變通報流程	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
67	實驗室之設備、機械與儀器應製作『標準安全操作程序』	本校安全衛生暨自動檢查計劃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
68	實驗室安全衛生工作日誌紀錄月報表應每日據實紀錄	依據實驗室安全衛生管理作業準則	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
69	各運作毒化物之實驗場所應定期填報各項運作紀錄表單	依據學術機構毒性化學物質管理辦法	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
70	毒性化學物質需儲存於專用之毒物櫃內上鎖管制(含取用管制紀錄)	依據學術機構毒性化學物質管理辦法	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
71	固定式機械、儀器、設備需使用延長線多孔插座，則必需使用合格品並評估其電流不可超過安全負荷	勞工安全衛生設施規則第二五三條	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善

72	非研究、實驗用電器設備 (微波爐、電鍋)已集中於 部門適當場所使用管理	本校非研究、實驗用電器管理 規定	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善
73	填報實驗室消防安全檢查 表	本校安全衛生管理守則	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備	<input type="checkbox"/> 已改善

※所有自動檢查項目須設置書面記錄備查。

長庚大學研究室、實驗室（含工場）等  
作業場所環保暨安全衛生自主檢查表  
（機械電氣類）

接受  
評核  
部  
門：

實驗室名稱： 負責人： 分機：

評核人員： 評核日期：

105.03.07 修訂.